

COMUNICADO



No.32

Informe tercer día proceso de entrega del Hospital de Aislamiento Móvil de San Pedro Sula a la Secretaría de Salud.

1. Que las pruebas realizadas al equipo, por los biomédicos del proveedor, de INVEST-Honduras; y, de la Secretaría de Salud el día de ayer fueron satisfactorias, este día se continúa avanzando con el resto del equipo biomédico.
2. Adicionalmente, se realizaron pruebas de enfriamiento en los seis nichos frigoríficos y la movilidad del brazo hidráulico con el que cuenta la morgue, ambos están funcionales.
3. Que se continúa afinando detalles en la planta de oxígeno. Se constató que en la medición de la concentración del oxígeno en la salida de la planta es de 93.6%, lo que significa que está dentro de los estándares establecidos.
4. Que el equipo de Bienes Nacionales de la Secretaría de Salud acompañados por INVEST-Honduras, ha avanzado en el levantamiento del inventario y en la asignación de la numeración correspondiente a los bienes médicos y no médicos con los que cuenta el hospital de aislamiento móvil.
5. Se ha identificado que se está filtrando agua de lluvia en algunos puntos, pero ya está un equipo del proveedor y de INVEST-Honduras solucionando esta problemática.
6. Que se están realizando pruebas en la instalación eléctrica y del aire acondicionado.
7. Paralelamente, personal de aseo del proveedor está realizando una limpieza de todos los espacios.
8. La Comisión Interventora de INVEST-Honduras cumple con su deber de informar sobre cualquier tema que sea de interés para la población hondureña.

San Pedro Sula, 04 de septiembre de 2020