

COMUNICADO



No.34

Informe quinto día proceso de entrega del Hospital de Aislamiento Móvil de San Pedro Sula a la Secretaría de Salud, la Comisión Interventora a la población en general hace saber lo siguiente:

1. Un equipo técnico está realizando pruebas en el fluido eléctrico del hospital de aislamiento móvil, verificando que cada unidad médica de cabecera horizontal, tanto de las Unidades de Cuidados Intensivos como de Alta Dependencia, tengan todos los conectores funcionando de la forma correcta.
2. Los ingenieros biomédicos contratados por el proveedor, concluyeron la instalación e iniciaron la configuración del software de la máquina de Rayos X y de las dos unidades portátiles.
3. Personal del proveedor realizó pruebas de funcionamiento a la planta de trituración y esterilización de residuos bioinfecciosos, comprobando que está funcional.
4. Este día el equipo de especialistas biomédicos del proveedor, de INVEST-Honduras; y, de la Secretaría de Salud seguirán realizando pruebas a los aparatos biomédicos, para constatar que todo está funcional y listo para utilizarse.
5. La Comisión Interventora de INVEST-Honduras cumple con su deber de informar sobre cualquier tema que sea de interés para la población hondureña.

San Pedro Sula, Cortés, 06 de septiembre de 2020